

## 風しんの第5期の定期接種の対象となる抗体価基準

検査方法	抗体価(単位等)	測定キット名(製造販売元)
HI法(赤血球凝集抑制法)	8倍以下(希釈倍率)	風疹ウイルスHI試薬「生研」 (デンカ生研株式会社)
	8倍以下(希釈倍率)	R-HI「生研」 (デンカ生研株式会社)
EIA法(酵素免疫法)	6.0未満(EIA価)	ウイルス抗体EIA「生研」ルベラIgG (デンカ生研株式会社)
	15未満 (国際単位(IU)/ml)	エンザイグノストB風疹/IgG (シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社)
ELFA法(蛍光酵素免疫法)	25未満 (国際単位(IU)/ml)	バイダス アッセイキットRUB IgG (シスメックス・ビオメリュー株式会社)
LTI法(ラテックス免疫比濁法)	15未満 (国際単位(IU)/ml)	ランピア ラテックスRUBELLA ランピア ラテックスRUBELLA II (極東製薬工業株式会社)
CLEIA法(化学発光酵素免疫法)	20未満 (国際単位(IU)/ml)	アクセス ルベラIgG (ベックマン・コールター株式会社)
	11未満(抗体価)	i-アッセイCL風疹IgG (株式会社保健科学西日本)
FIA法(蛍光免疫測定法)	1.5未満 (抗体価AI*)	BioPlex MMRV IgG (バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社)
	15未満 (国際単位(IU)/ml)	BioPlex ToRC IgG (バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社)
CLIA法(化学発光免疫測定法)	15未満 (国際単位(IU)/ml)	Rubella-Gアボット (アボットジャパン株式会社)
ICA法(イムノクロマト法)	IgG 陰性	バイオライン ルベラIgG/IgM (アボット ダイアグノスティクスメディカル 株式会社)